



兹证明，以下批号的产品经过测试，符合所列的产品规范。产品经过测试，符合产品的质量要求。如下所列列为实际的测试结果，仅供参考。

料号:	SPTS25-3P		
批号:	XXXXXXXX		
规格:	容量: <input type="checkbox"/> 1ml <input type="checkbox"/> 2ml <input type="checkbox"/> 5ml <input type="checkbox"/> 10ml <input checked="" type="checkbox"/> 25ml <input type="checkbox"/> 50ml		
	注塑: <input type="checkbox"/> 一体注成 <input checked="" type="checkbox"/> 两段式超声波焊接		
产品名称:	血清移液管		
包装形式:	25个/袋, 10袋/箱(三层包装)		
有效期:	5年		
生产厂家:	莱杰生物(苏州)有限公司		
检验日期:	2026-5-18	报告日期:	2026-5-18
Inspection items and result:			
外观:	无黑点, 无切痕, 干净透明, 颜色标识正确。		
包装:	数量和标签正确, 内包装无破损。		
尺寸:	OK		
功能测试:	准确性≥98%		
内毒素:	<0.5EU/ml		
RNA酶/DNA酶:	DNA酶≤4x10 ⁻⁶ Kunitz units/μl; RNA酶≤10 ⁻⁹ Kunitz units/μl		
三磷酸腺苷:	2×10 ⁻¹² mg/μl		
PCR抑制剂:	未检出		
人源DNA:	<30pg		
灭菌:	辐照灭菌, 无菌水平SAL10 ⁻⁶		
结论: 产品符合规范			

此签名表示上述测试符合所有质量规范, 并已由质量代表审查。

Title: QA Manager

Signature: Alvin Cao